

ECG Move Tracker - Gebrauchsanleitung

- Bitte tragen Sie den Tracker möglichst **durchgehend**.
- Tragen Sie den Tracker auf der **linken Seite der Brust**. Dafür klicken Sie zuerst die Klebeelektroden vorsichtig beim Tracker ein. Anschliessen ziehen Sie bei den Elektroden die Papiere ab und kleben den Tracker unterhalb der linken Brust so hin, wie auf dem Bild. Die **Elektroden sollten mindestens 24h halten**, falls sie nicht mehr gut kleben können Sie sie gerne wechseln.
- Der Tracker **darf nicht zum Duschen** oder für Schwimmsportarten getragen werden. Er ist nicht wasserdicht. Bitte ziehen Sie ihn vorher aus.
- Wenn Sie den Tracker danach wieder anziehen, beachten Sie bitte, dass Sie ihn **richtig rum anzuziehen**. Wie auf dem Bild, dass die Schrift des Trackers von vorne lesbar ist.
- Verzichten Sie im Bereich des Trackers während des Experiments auf Bodylotion.
- **Beim Tragen eines BHs**: Achten Sie darauf, dass der Bügel des BHs nicht auf dem Sensor oder auf den Elektroden liegt. Sie können dafür die Elektroden ein bisschen weiter unten anbringen.



Aufladen

- Entfernen Sie den Tracker von den Klebeelektroden und bringen Sie ihn an die Ladestation (im Etui) an. **Wichtig:** Tracker so auf die Ladestation anbringen, dass die goldenen Punkte aufeinanderliegen. Ladestation und Tracker mithilfe des Verbindungskabels (in Etui) an Steckdose aufladen (bitte **nicht mit Laptops oder ähnlichem verbinden**). Benutzen Sie danach neue Elektroden, um den Tracker wieder anzuziehen, falls sie nicht mehr gut kleben.

Falls Sie Fragen oder Probleme haben, können Sie sich gerne jederzeit bei uns unter heals@unibe.ch melden.